

Data Sheet



工业用去离子水

仟净牌去离子水



工业去离子水

工业去离子水，是指用于工业用途的高纯度去离子水，自来水制备成纯水再通过一级，双级或多级蒸馏后水质达到国家实验室中规定的相关标准。

产品规格选型表：

产品名称	包装规格	品牌	级别	级别	级别
工业去离子水	500ML	仟净	特级	一级	二级
工业去离子水	1000ML	仟净	特级	一级	二级
工业去离子水	10KG	仟净	特级	一级	二级
工业去离子水	25KG	仟净	特级	一级	二级
工业去离子水	1000KG	仟净	特级	一级	二级

水质符合以下标准：

名称	一级	二级	三级
PH 值范围 (25℃)	-	-	5.0-7.5
电导率 (25℃) ,us/cm ≤	0.1	1	5
比电阻 (MΩ.cm.25℃) ≥	10	1	0.2
可氧化物质[以 (O) 计], mg/L	-	0.08	0.4
< 吸光度 (254nm,1cm 光程) ≤	0.001	0.01	-
蒸发残渣 (105±2℃) , mg/L≤	-	1	2
可溶性硅[以 (sio2) 计], mg/L<	0.01	0.02	-

品质特点：

- 1、仟净公司自有实验室做品质检测；
- 2、定期送至第三方检测，提供正规检测报告；
- 3、设备在线检测去离子水质量，不合格出机器；
- 4、完善的 ISO 品质控制系统，多项专利及荣誉。

资质荣誉:

- 1、国家高新技术企业;
- 2、CE 认证企业;
- 3、ISO 国际认证;
- 4、重合同守信用企业;
- 5、多项专利及高新技术产品。



产品展示



去离子水及去离子水实验室



整车运输装车现场，保证了品质稳定，货源充足。

第三方检测报告：

第三方权威机构检测

Qclean仟净除在线检测及工厂自检测，并定期送至第三方权威机构检测。



中国广州分析测试中心 **MA**
CHINA NATIONAL ANALYSIS TESTING CENTER

检测报告
TEST REPORT

委托单位：东莞市仟净环保设备有限公司
Customer: Dongguan Qianjing Environmental Protection Equipment Co., Ltd.
样品名称：二氯蔗糖水
Sample Name: Disaccharide
委托样品数量：1
Quantity Received: 1
样品批号：—
Sample Lot No./Batch No.: —

报告编号：F20141223-a
Report No.: F20141223-a
送检日期：2014年11月15日
Sample Receiving Date: 2014-11-15
检测日期：11月15日 至 11月22日
Testing Period: 2014-11-15 to 2014-11-22
报告日期：2014年11月22日
Date for Reporting: 2014-11-22

分析检测结果
Test Results

检测项目 Item	检测结果 Result	计量单位 Unit	检测标准 Method
pH值	7.48	—	GB/T 5750.4-2006(3.1)
游离氯	<1	mg/L	GB/T 5750.4-2006(3.1)
铜离子 (以Cu ²⁺ 计)	未检出	—	IC (GB/T 5750.5-2006(3.2))
氯离子 (以Cl ⁻ 计)	未检出	—	IC (GB/T 5750.5-2006(3.2))
硫酸根 (以SO ₄ ²⁻ 计)	未检出	—	IC (GB/T 5750.5-2006(3.2))
氨氮	<0.02	mg/L	GB/T 5750.5-2006(3.1)
铁 (Fe)	未检出	—	GB/T 8170-2008 (3.1)A.2
钙 (Ca)	未检出	—	GB/T 8170-2008 (3.1)A.2
镁 (Mg)	未检出	—	GB/T 8170-2008 (3.1)A.2
总溶解固	未检出	MPN/100mL	GB/T 5750.5-2006(4.1)
电导率(25℃)	0.02	µS/cm	GB/T 5750.4-2006(3.1)

备注：Na、Cu、Mg检出限均为0.01mg/L。
无电导率检出限为0.01µS/cm。

声明：(1)本检测中心的所有检测结果均由本中心实验室负责 (含报告解释权)。
声明：Without the written approval of the laboratory, the report shall not be used for any other purpose.
(2)检测结果，仅供参考。

For sample submitted by customer, the results of the report is provided for reference only.

编制：/ 日期： 2014年11月22日 检测：/ 日期：2014年11月22日
Organizer and Checker: / Date: 2014-11-22 Tester: / Date: 2014-11-22

CH032 001/1C 012.06.01-010 第 2 页 共 3 页

最新清晰版报告请联系我们。

2005-2018 东莞市仟净环保设备有限公司 版权所有，并保留所有权利
东莞万江区大汾工业区，邮编：523000 0769-26380198 /13559753668 www.qjhb.net

仟净环保 欢迎免费下载